

Nivells de contenció (annex IV del RD 664/1997)

Aquestes mesures s'aplicaran segons la naturalesa de les activitats, l'avaluació del risc i les característiques de l'agent biològic de què es tracti.

"Aconsellable" significa que, en principi, les mesures han d'aplicar-se, excepte si el resultat de l'avaluació del risc indica el contrari.

MESURES DE CONTENCIÓ	NIVELL DE CONTENCIÓ 2	NIVELL DE CONTENCIÓ 3	NIVELL DE CONTENCIÓ 4
El lloc de treball ha d'estar separat de qualsevol activitat que es desenvolupi en el mateix edifici.	No	Aconsellable	Sí
El lloc de treball s'ha de poder precintat per fer-ne la desinfecció.	No	Aconsellable	Sí
El material infectat, animals inclosos, s'ha de manipular en una cabina de seguretat biològica o en un aïllador o una altra contenció apropiada.	Quan sigui necessari.	Sí, quan la infecció es propagui per l'aire	Sí
L'aire introduït i extret del lloc de treball s'ha de filtrar mitjançant la utilització de filtres d'alta eficàcia per a partícules en l'aire (HEPA14) o de manera similar.	No	Sí, per a la sortida d'aire	Sí, per a l'entrada i la sortida d'aire.
El lloc de treball s'ha de mantenir amb una pressió negativa respecte a la pressió atmosfèrica.	No	Aconsellable	Sí.
Superfícies impermeables a l'aigua i fàcils de netejar.	Sí, per al banc de proves i el terra	Sí, per al mateix que per al NC2 i altres superfícies determinades mitjançant una avaluació del risc	Sí, per al mateix que per al NC3 i per a les parets i el sostre
Superfícies resistentes a àcids, bases, dissolvents i desinfectants.	Aconsellable	Sí	Sí
Només s'ha de permetre l'accés al personal designat.	Aconsellable	Sí	Sí, amb resclosa d'aire
Control eficient de vectors, per exemple, de rates i insectes.	Aconsellable	Sí	Sí
Procediments de desinfecció específicats.	Sí	Sí	Sí
Emmagatzemament de seguretat per a agents biològics.	Sí	Sí	Sí, emmagatzement segur
El personal haurà de dutxar-se abans de sortir de la zona de contenció	NO	Aconsellable	Aconsellable
Procés d'inactivació validat per a l'eliminació segura de les canals d'animals.	Aconsellable	Sí, dins o fora de les instal·lacions	Sí, en les instal·lacions
Laboratori amb equip propi.	NO	Aconsellable	Sí
S'ha d'instal·lar una finestreta d'observació o un dispositiu alternatiu en les zones de manera que se'n pugui observar els ocupants.	Aconsellable	Aconsellable	Sí