

Micròtoms / criòstats

- Cal tenir present que el líquid fixador requereix un temps per penetrar els teixits i aquest podria no inactivar els possibles patògens existents. La congelació o la descongelació tampoc són un mètode segur per inactivar-los. Per tant, aquest material ha de ser considerat com potencialment infecciós.
- Manipuleu les ganivetes amb pinces o elements similars, però mai amb les mans.