

ESTABULARI

Indicacions relatives a les mesures de contenció i als nivells de contenció segons l'annex II del RD 178/2004

ESPECIFICACIONS		NIVELL DE CONFINAMENT			
		1	2	3	4
<i>Instal·lacions</i>					
1	Aïllament de la unitat d'animals ¹	Opcional	Exigida	Exigida	Exigida
2	Locals d'animals ² separats mitjançant portes bloquejables	Opcional	Exigida	Exigida	Exigida
3	Locals d'animals dissenyats per a la descontaminació de material (gàbies, etc.), impermeables i fàcils de rentar	Opcional	Opcional	Exigida	Exigida
4	Terra i parets fàcils de rentar	Opcional	Exigida (terra)	Exigida (terra i parets)	Exigida (terra i parets)
5	Confinament dels animals en receptacles adequats com ara gàbies, corralines o caixes	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
6	Filtres a les caixes d'aïllament o sales aïllades ³	No exigida	Opcional	Exigida	Exigida

1. Unitat d'animals: edifici o zona separada d'un edifici que disposi de locals i altres zones, com ara vestuaris, dutxes, autoclaus, magatzem d'aliments, etcètera.

2. Locals d'animals: locals que habitualment s'emprin per allotjar-hi animals de reserva, cria o experimentació o per dur-hi a terme petites intervencions quirúrgiques.

3. Caixes d'aïllament: caixes transparents on poden introduir-se animals, dins o fora de la gàbia; per a animals grans seria més apropiat utilitzar sales aïllades (boxs).